

## HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA İNDİKATÖRLÜ DÖKÜMANTASYON ETİKETİ ŞARTNAMESİ

- ✦ Etiket üzerindeki etilen indikatörü sterilizasyon işlemi sonrasında referans renge dönmelidir.
- ✦ Etiket üzerindeki indikatör,ISO 11140-1 Type 1 standardına uygun olmalıdır, uygunluk belgeleri ihale dosyasına konulmalıdır.
- ✦ Etiketler çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanı kuvvetli olmalı paketlerin üzerinden düşmemelidir.
- ✦ Etiket üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, yükleme numarası, malzeme kodu, üretim tarihi, son kullanma tarihi yazılabilmelidir.
- ✦ Her ruloda 400 adet etiket bulunmalıdır.
- ✦ Etiket üzerinde hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğunu belirtilmelidir.
- ✦ Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakası hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
- ✦ Etiketlerin ebatı 26 x 28mm olmalıdır.
- ✦ Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalıdır.
- ✦ Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
- ✦ Her bir rulonun üstünde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- ✦ Rulolar kutulu şekilde teslim edilmelidir.
- ✦ Sarımsı düzgün olmayan açılmış dağılmış olanlar kabul edilmeyecektir.
- ✦ Yüklenci firma aşağıda özellikleri belirtilen yazıcı tabancalardan hastanenin ihtiyacı kadar vermeyi kabul etmelidir.
- ✦ Dokümantasyon etiketi yazıcı tabancası ergonomik bir dizayna sahip olmalı kolay tutunumlu olmalıdır.
- ✦ Yazılacak harf ve rakamların karşılığı alfabe, cihaz üzerinde olmalıdır.
- ✦ Cihaza monte en az 20.000 basım kartuşu olmalıdır. Kartuş değişimi teknik servis gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir.
- ✦ Arıza ve bozulma durumunda yüklenici firma yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.