

HİDROJEN PEROKSİT MARUZİYET BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✦ Plazma bandı üzerindeki indikatörler belirli aralıklarla ve düz çizgi halinde olacaktır.
- ✦ Cihaza girdikten sonra belirgin bir renge dönmelidir.
- ✦ 19mm x 25metre ebatlarında olmalıdır.
- ✦ İndikatörün mürekkebi su bazlı olmalıdır.
- ✦ ISO 11140 standartlarına göre Sınıf 1'e uygunluğu bulunmalıdır.
- ✦ Cihazdan çıktıktan sonra paketlerin üzerinden kalkmamalıdır.
- ✦ Bandın yapışkan gücü kuvvetli olmalı.
- ✦ ISO ve CE belgesine haiz olmalıdır.
- ✦ Otoklav bandı üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olacaktır.
- ✦ Her bir ürün ayrı ayrı ambalajlı olmalıdır.
- ✦ Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
- ✦ İhaleyi kazanan firma hastanenin ihtiyacı kadar bant dispenserini ücretsiz olarak verecektir.
- ✦ Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.