

## KONTEYNER FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

- ✦ Üretici firma ISO Kalite Belgesine sahip olmalıdır.
- ✦ Ürün EN 868- 2 sınıfına uygun olmalıdır.
- ✦ Ürün yuvarlak olmalı ve çapı 190 mm olmalıdır.
- ✦ Ürün 134°C derece sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- ✦ Ürünün üzerindeki indikatör sterilizasyon işleminden önce pembe sterilizasyon işlemi sonrasında kahverengiye veya siyaha dönmelidir.
- ✦ İşlem görmüş filtrenin uygun saklama koşullarından en az 6 ay süreyle sterilitesini koruduğu üretici firma tarafından belgelendirilmelidir.
- ✦ Ürünün kutusunda 1000 adet konteynır filtresi bulunmalıdır.