

KORUYUCU UV GÖZLÜK ŞARTNAMESİ

- ✦ Buğu yapmayan özellikte olmalıdır.
- ✦ Gözleri ve çevresini tamamen kapatabilir olmalıdır.
- ✦ Policarbonate lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlamalıdır.
- ✦ Kullanıcıyı kan, vücut sıvılarına ve diğer potansiyel enfekte sıvılara karşı korumalıdır.
- ✦ Tam korumalı, elastik bantlı, çok hafif, antireflektif olmalı ve buğu yapmamalıdır.
- ✦ Yüklenici firma ISO9001 ve ISO13485 belgelerini sunmalıdır.
- ✦ EN 166 standartlarını karşıladığına dair evraklar sunulmalıdır.
- ✦ Gözlük çerçevesi kullanıcıya zarar vermeyecek yapıda silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- ✦ Maske camları kullanıcının görme yetisini veya görme alanını bozmamalıdır.
- ✦ Maske bantları her türlü kafa yapısına ayarlanabilir lastikli olmalıdır.
- ✦ Sterilizasyon bölümleri, laboratuvar, kimya bölümleri ve pandemi süreci gibi hastanelerde birçok alanda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- ✦ Hava almayı sağlayacak 4 adet kanal bulunmalıdır.
- ✦ Hava kanalları sıçramalara karşı kapalı sistem olmalıdır
- ✦ Gözlükler çizilmeye karşı dirençli olmalıdır.
- ✦ Her bir gözlük ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- ✦ Kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir
- ✦ Değerlendirme için ürün ile ilgili tüm bilgileri içeren dokümanlar ve 1 adet orijinal ürün bırakılmalıdır.
- ✦ Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.